

# Armazenamento e Descarte de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares

Jul/ 2013



**HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS**

# Compras no Supermercado

Como você realiza suas compras no supermercado?

Alguém utiliza ou já utilizou o serviço de entrega das compras em casa?

Se você levou as compras pessoalmente, poderia passar ao shopping antes de ir para casa guardar as compras?

Você compra produtos que estejam com a integridade comprometida?



# Como armazenar produtos médicos hospitalares?

Podemos segregar os produtos de diferentes características?

Deve existir alguma proteção para armazenar e/ou transportar alguns tipos de produtos?

Qual a ordem para colocar os produtos nos carros para transporte?

Quais os impactos da perda de integridade das embalagens?



# O que significa este símbolo?

- a) Não posso molhar
- b) Posso empilhar mais de 10 caixas
- c) Material Frágil
- d) **Posso empilhar até 10 caixas**



Este material é estéril.



a) Verdadeiro

**b) Falso**



Este material é estéril.

a) Verdadeiro

b) Falso

IMPORTADOR E DISTRIB. EXCLUSIVO  
ECOMED Com. de Prods. Medicos  
CNPJ: 029.992.682/0001-48  
Lgo. do Machado 64 / 107  
Rio de Janeiro/RJ 22221-020 - Tel: (21) 2568 - 1960 - ecomed.com.br

FABRICANTE:  
MEDICAL DEVICE TECHNOLOGIES  
3600 SW 47th Avenue  
Gainesville, Florida - 32608 USA

Nome/Comercial: Agulha Descartável / Ag. p/MEDULA ÓSSEA  
Calibre: 15 ga Comprimento: 0,5 a 6,8 cm  
Vencimento: 06/2015 Esterilizado 06/2010  
Contém: 1 UNIDADE(S) Esterilização: Óxido de Etileno

Modelo:   
DBMNI1501

Lote:   
017921Q0


PRODUTO-ESTÉRIL E DE USO ÚNICO  
PROIBIDO REPROCESSAR

Reg. ANVISA n° 10337850013 Classe: II  
Resp. Téc.: Eng. Alec Flinle - CREA RJ - 2001106273  
Amar. Úso e Precauções de Prod.: VIDE INSTRUÇÕES DE USO



Domestic: 877-991-1110  
International: 732-626-6466  
customer\_service@angio.com  
www.angiotech.com

Bone Marrow Aspiration Needle



  
+M494DBMNI150113

  
017921Q0

15ga x 2.688in MAX

REF DBMNI1501



STERILE EO

0120



2015-06

LOT 017921Q0

Caution: Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

EC REP PBN Medicals Denmark A/S, Knud Bro Alle 3, DK-3660 Stenløse, Denmark

Non-Pyrogenic/Nicht-Pyrogen/Apyrogène/No Pirógeno/Apiretogénico/Non Pyrogen/Apyroginic

Μη πυρογόνο/Νιε Pyrogen/Pyrogeniton/Νιε Pyrogen/Pyrogenik. Cl



HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS

## Estéreis:

Produto submetido a total eliminação da vida microbiológica destes materiais. É diferente de limpeza e diferente de assepsia. Como exemplo, uma tesoura cirúrgica pode ser lavada, e ela estará apenas limpa. Para ser esterilizada é necessário que seja submetida a processo que origine a eliminação de todas as bactérias, seus esporos, vírus e fungos.

## Não estéreis:

Produtos não-estéreis são aqueles nos quais se admite a presença de carga microbiana, embora limitada, tendo em vista as características de sua utilização. A atenção no controle dos produtos não estéreis assegura que a carga microbiana presente, seja no aspecto qualitativo ou quantitativo, não comprometa a sua qualidade final ou a segurança do paciente.



# O que significa este símbolo?



- a) Não posso molhar a caixa
- b) Este lado para cima
- c) Material Frágil
- d) Esta caixa contem um guarda-chuva




# O que significa este símbolo?

- a) Não posso molhar a caixa
- b) Medicamento de Alta Vigilância
- c) **Material Frágil**
- d) Esta caixa contem taças



# COMO IDENTIFICAR ORIENTAÇÕES DA EMBALAGEM?



**Empilhamento máximo**

**Não molhar**




**Frágil**





# Materiais médico hospitalares estéreis



Você identifica algo incorreto nesta figura?



# Materiais médico hospitalares estéreis

Você identifica algo incorreto nesta figura?



Você está trabalhando na central de etiquetagem, onde você colocaria a etiqueta?

a)



b)



Quantas ocorrências com Bibag furada/ vazando tivemos em 2012?



- a) 1
- b) 13
- c) 22
- d) 75

O conector de uma Bibag **NÃO** deve ter contato direto com a embalagem de outra Bibag.



Quanto as farmácias gastam com quebras e perdas de medicamentos por ano?

- a) R\$1.000,00
- b) R\$20.000,00
- c) R\$100.000,00
- d) **R\$350.000,00**



Trabalho na farmácia da UTI e preciso descartar uma ampola quebrada. Qual o recipiente correto?

a)



b)



c)



d)



# Para onde vão os medicamentos vencidos após o descarte da farmácia?



a) Incineração

b) Aterro sanitário

c) Reciclagem

d) Esgoto



Obrigado.



**HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS**

[comite.farmacia@hsl.org.br](mailto:comite.farmacia@hsl.org.br)